


Sekans Analizi Teknik Şartnamesi

1. Hizmet alımında kullanılacak cihaz, DNA sekanslama, STR analizleri (DS-33 (G5) boya setine uygun boyalı primerler kullanılmalı), SSCP analizleri, Linkage ve mutasyon analizlerini bilgisayar kontrollü olarak, tam otomatik yapmalıdır.
2. Hizmet alımında kullanılacak cihaz, toplanan bilgileri, uygulamanın şekline göre seçilen Genemapper software, Seqscape software, Sequence Analysis 6 gibi farklı programlarla analiz yapmalıdır.
3. Sekans analizi için PCR ürünlerinin purifikasyonu hizmet verecek firma tarafından gerçekleştirilmelidir.
4. Sonuçlar FASTA formatına uygun olarak, hizmet alınan firma tarafından mail olarak gönderilmelidir. Sonuçların değerlendirilmesinde hizmet verecek firma teknik destek sağlamalıdır.
5. Hizmet verecek olan kurum, gerek hızlı sonuç vermek gerekse “soğuk zincir” taşınan ürünlerin teslimatının çabuk olması için Türkiye içerisinde bulunmalıdır.
6. Sekan analizi sonuçları en az 3 (üç) en fazla 10 (on) iş günü içerisinde bildirilmelidir.
7. Hizmet alımı kapsamında toplamda 9 adet örneğin hem forward hem reverse yönde sekansı (toplam 18 sekans analizi), sekans bölgesi 360 bp. yaptırılacaktır.



Doç. Dr. Murat ŞEVİK