

TEKNİK ŞARTNAMESLER

PBS (25x) 25 Konsantre

- İmmünohistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli basamaklarda üzerinde doku bulunan lamaların yıkanması için uygun olmalıdır.
- %1 oranında Tween 20 içermelidir.
- pH'sı 7.6 (+/- %5) ve 25x konsantre olmalıdır.
- Ürün 1000 mL'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik TA-999-PB olmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Entellan (Mounting Medium)

- Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.
- Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için uygun kapatma medyum olmalıdır.
- Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.
- Ksilenle temizlenebilmelidir.
- Suda çözünmemelidir.
- Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.
- Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.
- Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında en az 500 ml olmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik RRSP29/D olmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.
- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin miktarı, içeriği, markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Masson Trichrome (with Aniline Blue) Stain Kit

- Trichrome boyama kiti bağ dokusunu dokudaki kas ve kollojen fibrinleri incelemek için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürünün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
 - Weigert Iron Hematoxylin – A Solüsyonu 30 ml
 - Weigert Iron Hematoxylin – B Solüsyonu 30 ml
 - Picric Acid Alcoholic Solüsyonu 30 ml
 - Ponceau Acid Fuchsin Solüsyonu 30 ml
 - Phosphomolybdic Acid Solüsyonu 30 ml
 - Masson Aniline Blue Solüsyonu 30 ml
- Orijinal ambalajında 100 test olmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

DAB Chromogen & Substrate System

- DAB Chromogen ve DAB Substrate bileşenlerinden oluşmalıdır.
- Rat,Mouse,Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.
- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.
- WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında en az 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-HD olmalıdır.
- 2-8 derecede muhafaza edilmelidir.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

GSDMA Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.
- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
- 100 µl konsantre antikor olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- -20 °C 'de saklanmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik Bs-16331 olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

GSDMD Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.
- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır
- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.
- 100 µl konsantre antikor olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- -20 °C 'de saklanmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik orb627528 olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Antigen Retrieval Buffer (Tris-EDTA Buffer pH 9.0)

- Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünohistokimya çalışmalarında kullanılacaktır.
- Solüsyonun pH'sı 9.0 olmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik TA-9004-1000 olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında ürün en az 1000 ml verilmelidir.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.